

TERUMOBCST

Unlocking the Potential of Blood

ПРИБОР ДЛЯ СТЕРИЛЬНОЙ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ **TSCD II**

АБСОЛЮТНЫЙ АВТОРИТЕТ В СОЗДАНИИ
СТЕРИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ



ЛЕГКО, БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО

ПРИБОР ДЛЯ СТЕРИЛЬНОЙ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ TSCD II

Информационный дисплей

Жидкокристаллический экран с задней подсветкой, на который выводятся информационные сообщения и запросы в ходе операции.

ADVANCE WAFER
PRESS RESET

Total Welds
00000001

Next Maintenance
Remain 00065425

WELD COMPLETE
OPEN CLAMP

CASSETTE EMPTY
INSTALL CASSETTE



Благодаря двадцатилетнему опыту разработки и применения устройств для создания стерильных соединений, накопленному компанией Terumo BCT, приборы ее производства стали незаменимы для быстрого создания надежных магистральных соединений, предназначенных для поддержания функционально замкнутых систем. Уровень качества и надежности остается гарантированно высоким как для незаполненных магистралей, так и для магистралей с жидкостями. Новая модель прибора TSCD обеспечивает новый уровень скорости и надежности.

TSCD II: неизменно прочная сварка

Все системы, выпускаемые компанией Terumo BCT, отвечают минимальным требованиям прочности на разрыв.

Пластины TSCD

В модели TSCD II применяются те же типы пластин, что и для модели TSCD. Упаковка содержит две кассеты, в каждой из которых имеется 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования.

(Код продукта: SC*W017)



Автоматическая подача пластин

После однократного использования пластина автоматически удаляется и заменяется новой. После того, как кассета с пластинами опустошается или контейнер для использованных пластин заполняется, на дисплее прибора TSCD II выводится предупреждение.

Зажимы

Система зажимов предусматривает работу с магистральями, содержащими жидкость. Благодаря прочности и надежности механизмов зажимов прибор TSCD II как нельзя лучше подходит для интенсивного использования. Взаимосвязанные механизмы двух зажимов облегчают создание соединения, благодаря чему TSCD II не имеет себе равных по эффективности и простоте применения.

Контейнер для использованных пластин

Для безопасности и удобства использованные пластины удаляются во встроенный контейнер. Контейнер может вмещать до 300 использованных пластин. Встроенный датчик постоянно отслеживает уровень наполнения контейнера. Эта особенность предотвращает переполнение контейнера.

Переносной

Прибор TSCD II предназначен для работы в мобильных условиях. Он отличается малым весом и компактным размером, а откидная ручка обеспечивает удобство переноски.



Имеется в наличии система обработки данных.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Пулирование компонентов крови
- * Лейкоредукция
- * Модификация комплекта магистралей для цельной крови
- * Аликвотирование компонентов
- * Модификация комплекта магистралей для афереза
- * Отбор проб в целях контроля качества
- * Обработка стволовых клеток
- * Промывка и замораживание клеток
- * другие области применения, требующие соединения замкнутых систем магистралей из ПВХ




Прибор для стерильной сварки полимерных магистралей TSCD II Terumo BCT

Процесс разрезания и сварки магистралей при температуре пластины 300°C (572°F)


Запатентованные пластины Terumo BCT обеспечивают нагревание до 300°C (572°F) — температуры, достаточно высокой для поддержания стерильных условий при разрезании и сварке магистралей, не допускающей образования частиц или осадка химических веществ в магистралах.




Пластина TSCD нагревается до температуры около 300°C (572°F).



Пластина перемещается вверх и осуществляет резку плавлением через оба комплекта магистралей.



Левый зажим перемещается в горизонтальном направлении до выравнивания обоих комплектов магистралей.



После отвода пластины правый зажим прижимает магистралу друг к другу.

Центр технического обслуживания Terumo BCT

Для обеспечения надежной работы системы центр технического обслуживания Terumo BCT проводит в лаборатории компании ряд жестких тестов по проверке работоспособности прибора до отправки его заказчику.

Спецификации

Наименование продукта	Прибор для стерильной сварки магистралей TSCD®-II Terumo BCT
Код продукта	ME-SC203AH (для стран Европы)
Материал магистралей	Поливинилхлорид (ПВХ)
Диаметры магистралей	наружный диаметр: 3,9 – 4,5 мм/ внутренний диаметр: 2,9 – 3,1 мм
Пластина	Пластина TSCD® / Код продукта: SC*W017
Условия эксплуатации	Температура окружающей среды: от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F) Относительная влажность: от 10% до 80%, отсутствие конденсации Максимальная высота над уровнем моря: 2000 м (6562 футов)
Условия хранения	Температура окружающей среды: от -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F) Относительная влажность: от 10% до 95%, отсутствие конденсации
Источник питания	переменный ток от 100 В до 240 В ± 10%, 50/60 Гц
Наружные габариты	224 (Ш) × 177 (В) × 342 (Г) мм
Вес	ок. 6,5 кг (14,33 фунтов)
Приспособления для TSCD II	Шнур электропитания, стойки для мешков, предохранители (250 В / 4,0 А), кассета с пластинами TSCD®, запасной воздушный фильтр и инструкция по эксплуатации
Порты передачи данных	RS-232 для TSCD® IS (TSCD® Information System) и сканер штрих-кодов, 2 RS-485 для TSCD® IS (только для ЕС)

* Параметры магистралей должны соответствовать спецификациям прибора для сварки. Сварка магистралей, не отвечающих указанным спецификациям, а также сочетаний различных магистралей должна пройти валидацию. Для получения более подробной информации просим обратиться к вашему местному представителю Terumo BCT.

Производитель: Terumo Europe N.V., 3001 Leuven, Belgium

TERUMOBCT

Terumo BCT, Inc.

10811 West Collins Ave.
Lakewood, Colorado 80215-4440
США
Тел. в США: 1.877.339.4228
Тел: +1.303.231.4357
Факс: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.

Европа, Ближний Восток и Африка
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Бельгия
Тел: +32.2.715.05.90
Факс: +32.2.721.07.70

Terumo BCT (Asia Pacific) Ltd.

Room 3903-3903A, 39/F
ACE Tower, Windsor House
311 Gloucester Road
Causeway Bay, Гонконг
Тел: +852.2283.0700
Факс: +852.2576.1311

Terumo BCT Latin America S.A.

La Pampa 1517 - 12th Floor
C1428DZE
Buenos Aires
Аргентина
Тел: +54.11.5530.5200
Факс: +54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.

Ebisu South One Bldg. 9F
1-7-8, Ebisu-minami,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0022
Япония
Тел: +81.3.6743.7890
Факс: +81.3.6743.9800



Проверка прочности на разрыв



Проверка выдерживаемого давления